



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 47.01.02.000.М.001304.12.19 ОТ 26.12.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактического адрес); условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников физических факторов воздействия на человека (неионизирующего излучения) согласно приложению

ООО "Клиника "ВолховМед", 187403, обл. Ленинградская, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, дом 37 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
Общество с ограниченной ответственностью "Клиника "ВолховМед", 187403, Ленинградская область, район Волховский, город Волхов, проспект Кировский, дом 37 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату в производственных помещениях"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 47.01.02.000.М.001266.12.19 от 17.12.2019. Заявление ООО "ВолховМед" от 24.12.2019 № 47-01-22392-19. Договор аренды № 03/2015 недвижимого имущества от 11.08.2015. Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологического обследования от 11.10.2018 № 844.1.1.18.08.30, выполненное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области". Без приложения на одном листе недействительно.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3141044



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 47.01.02.000.М.001304.12.19 от 26.12.2019 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников физических факторов воздействия на человека (неионизирующего излучения)

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Клиника "ВолховМед", 187403, Ленинградская область, район Волховский, город Волхов, проспект Кировский, дом 37; фактическое место проведения работ: 187403, обл. Ленинградская, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, дом 37  
ФИО руководителя: ВРИО генерального директора Рахнова Ирина Васильевна  
РАБОТА с источником неионизирующего излучения:

Этаж, помещения: кабинет магнитно-резонансной томографии на первом этаже нежилого здания медицинского центра

Тип аппарата: томограф магнитно-резонансный

Марка (модель) аппарата: Aperto

Фирма, завод-изготовитель: ""ХИТАЧИ Медикал Корпорэйшн", Япония

Напряженность магнитного поля - 0,4Т

Заводской, серийный номер: КР13728503

Год выпуска / Год ввода в эксплуатацию: 2005 / 2018

Вид работ: магнитно-резонансная томография

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 47.01.02.000.М.00266.12.19 от 17.12.2019, выданное Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, считать утратившим законную силу.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

*Историк С.А.*

